



附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 	
	职称: 主治医师	
	工作单位: 甘肃省中医院	
项目信息	项目名称: 消化内镜建设项目	
	供应商名称: 甘肃华仁同康生物科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>随着消化道肿瘤早诊早治的要求,放大内镜的应用价值突显,进口放大内镜大多为奥林巴斯与富士能两款,但申购科室原有设备的兼容性,建议购买套配的消化内镜。</p>	
专业人员签字		日期 2023年10月31日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 姜瑞	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 甘肃省人民医院	
项目信息	项目名称: 消化内镜建设项目	
	供应商名称: 甘肃华仁同康生物科技有限公司	
专业人员论证意见	进口产品原是枪反,性能可靠,在车腔筛选方面有其独特的优势,如车腔发现,特别是在注水方面,有全面的配套设备,此外有完善的售后服务体系,故建议采购进口设备。	
专业人员签字	姜瑞	日期 2023年10月31日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王有一	
	职称: 专职律师	
	工作单位: 甘肃经邦律师事务所	
项目信息	项目名称: 消化内镜建设项目	
	供应商名称: 甘肃华仁同康生物科技有限公司	
专业人员论证意见	贵院消化科内镜项目的采购符合政府统一采购的要求, 流程公开透明, 未违反法律法规及地方政府规章制度。 建议按需采购。	
专业人员签字	王有一	日期 2023 年 11 月 2 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>张娟</u>	
	职称: <u>主任医师</u>	
	工作单位: <u>兰州大学第一医院</u>	
项目信息	项目名称: <u>消化内镜建设项目</u>	
	供应商名称: <u>甘肃华仁同康生物科技有限公司</u>	
专业人员论证意见	<p>科室已有奥林巴斯内镜系统为降低科室采购成本提高利用率,因此建议采购同一品牌内镜系统</p>	
专业人员签字	<u>张娟</u>	日期 <u>2021</u> 年 <u>10</u> 月 <u>26</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 赵剑芳	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 甘肃省第三人民医院	
项目信息	项目名称: 消化内镜建设项目	
	供应商名称: 甘肃华仁同康生物科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>进口产品操作性能稳定,售后服务覆盖面广,仪器图像清晰,在操作过程中能更好地发现病变,开展内镜下治疗,大大减少了术后并发症的发生。目前科室现有主机为奥林巴斯,采购同品牌可提高设备利用率及周转率,降低科室采购成本,故建议采购限套的消化内镜。</p>	
专业人员签字	赵剑芳	日期 2023年10月31日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。